

TSI 4146/4046 一級流量校正器

TSI 的 **Primary Calibrators** 流量校正器用於校正空氣採樣設備，4046 和 4146 型流量分別為 2.5~300L/min 和 0.01~20L/min。為精確測量通過採樣介質的空氣體積，空氣採樣器必須調整流量、校正和定期檢查，以確保流量的準確。它們都使用電池，攜帶輕便，容易使用。體積流量連續顯示，現場可以調整流量。此外校正器有溫度補償和壓力修正功能，對體積流量的測量精確到讀數的 2%。



特色和功能

- 提供連續、實際的體積流量讀值，以方便快速的調整流量
- 使用電池方便攜帶
- 附 NIST 校正報告

應用範圍

- 工業衛生採樣
- 環境採樣
- 室內空氣品質研究
- 傳染病學健康研究
- 現場維修

規 範：

流量範圍：

4046 型：2.5~300L/min

4146 型：0.01~20L/min

精確度：

4046 型：±2%讀值或 0.05STD L/min 取大者

4146 型：±2%讀值或 0.005STD L/min 取大者

儀器尺寸：

4046 型：183mm×64mm×53mm

4146 型：127mm×50mm×32mm

儀器重量：

4046 型：1.1Kg

4146 型：1.0Kg

暖機時間：1 分鐘

電 源：7.5VDC±1.5V，300mA

TSI Incorporated- 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

USA Tel : +1 800 874 2811

E-mail : info@tsi.com

Website : www.tsi.com

UK Tel : +44 149 4 459200

E-mail : tsiuk@tsi.com

Website : www.tsiinc.co.uk

France Tel : +33 491 95 21 90

E-mail : tsifrance@tis.com

Website : www.tsiinc.fr

Germany Tel : +49 241 523030

E-mail : tsigmbh@tsi.com

Website : www.tsiinc.de

Sweden Tel : +46 8 595 13230

E-mail : tsiab@tsi.com

Website : www.tsi.se

India Tel : +91 80 41132470

E-mail : tsi-india@tsi.com

Contact your local TSI Distributor or visit our website www.tsi.com for more detailed specifications.

P/N 5001004 Rev A

Copyright©2007 by TSI Incorporated

Printed in U.S.A



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.